

Data:

Nazwa Użytkownika:

Nazwa Dystrybutora:

Warunki eksploatacji

Miejsce instalacji

- Laboratorium
- Laboratorium państwowe
- Laboratorium naukowe
- Laboratorium przemysłowe
- Laboratorium diagnostyki medycznej
- Apteka
- Jednostka medyczna
- Obiekt przemysłowy
- Inne

Planowany tryb pracy dejonizatora

- 1 zmiana
- 2 zmiany
- 3 zmiany

Planowana ilość dni pracy dejonizatora w tygodniu

- 5 dni
- 6 dni
- 7 dni
- Inne

Urządzenia mające zostać podłączone bezpośrednio do dejonizatora

Zmywarka
Autoklaw
Analizator
Komora
Brak
Inne

Woda zasilająca

Woda z wodociągu komunalnego
Woda z własnego ujęcia uzdatniana
Woda z własnego ujęcia nie uzdatniana
Woda z własnego ujęcia i wodociągu komunalnego – mieszana
Woda zdemineralizowana
Inne

Twardość wody zasilającej

miękka <200 mg CaCO₃/l
średnio twarda 200–350 mg CaCO₃/l
twarda 350–500 mg CaCO₃/l
bardzo twarda >500 mg CaCO₃/l

Ciśnienie wody zasilającej

bardzo niskie 1–2 bar
niskie 2–3 bar
średnie 3–4,5 bar
wysokie >4.5 bar

Wymagania dla wody produkowanej przez dejonizator

Wymagana jakość wody produkowanej wg normy PN-EN ISO 3696:1999

1 stopień
2 stopień
3 stopień

Wymagana jakość wody produkowanej wg innych norm

FP IX - Aqua Purificata produkcyjna
ASTM
Inne

Szacowane zużycie dobowe wody I lub II stopień wg normy PN-EN ISO 3696:1999 l/24h

- do 5 l/24h
- do 20 l/24h
- do 100 l/24h
- >100 l/24h

Szacowane zużycie dobowe wody po RO l/24h

- do 5 l/24h
- do 20 l/24h
- do 100 l/24h
- >100 l/24h

Czy wymagana jest czystość mikrobiologiczna produkowanej wody?

- Tak
- Nie

Czy urządzenie ma produkować 2 rodzaje wody (1 lub 2 stopień wg normy PN-EN ISO 3696:1999 i RO)?

- Tak
- Nie

Oczekiwana wydajność produkcji wody (nie poboru) w l/h

- 5 l/h
- 10 l/h
- 15 l/h
- 20 l/h
- 30 l/h
- 40 l/h
- 50 l/h
- Inna

Czy dejonizator ma być wyposażony w zbiornik ?

8,3 l

12 l

40 l

80 l

110 l

150 l

bez zbiornika

Inna pojemność

Czy mają być zainstalowane dodatkowe punkty poboru?

Nie

1

2

Więcej proszę podać ile:

Wymagania dla układu pomiarowego

Czy dejonizator ma być wyposażony w konduktometr ?

Tak

Nie

Czy konduktometr ma mieć dołączone świadectwo wzorcowania?

Tak

Nie

Uwagi:

Imię i Nazwisko Osoby wypełniającej:

Podpis:

Pieczęć:
